



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 22. 8. 2014

**ZADAVATEL:** Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
**Sídlem:** Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice  
**Jednající:** Ing. Hana Kropáčková  
**IČ:** 60076658

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

#### „Dodávka chlazené centrifugy se 4 rotory, centrifugy chlazené a sady automatických pipet“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

#### Znění žádosti č. 1 o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dobrý den, pro část VZ: ID 3.1.39. „centrifuga chlazená“ je požadována „kapacita počtu uložených programů = 80“. Pro funkčnost centrifugy je tento parametr natolik zásadní, že např. centrifuga s kapacitou 60 programů (po 10 programech pro rozběh/brzdění v lineárním/kvadratickém režimu a 20 programů definovaných uživatelem) musí být z výběrového řízení vyřazena? Předem děkuji za vaše sdělení.

#### Odpověď zadavatele na žádost č.1:

*Zadavatel na základě dotazu uchazeče upřesňuje „kapacitu počtu uložených programů na minimálně 60, z toho nejméně 20 musí být plně definovatelných uživatelem. Opravená Technická specifikace pro 3.1.39 tvoří přílohu Dodatečných informací č. 1.*

#### Znění žádosti č. 2 o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

##### **Část: centrifuga chlazená se 4 rotory 3.1.118**

Byla by pro Vás akceptovatelná i univerzální stolní centrifuga s větším chladicím výkonem (-20 °C), splňující veškeré parametry s výjimkou 2 bodů:

1. Požadujete regulovatelné otáčky-min. otáčky od 300 ot/min  
Dotaz: je možno nabídnout centrifugu s regulovatelnými otáčkami od 500 ot/min?
2. Požadujete úhlový rotor pro min. 50ml kyvety s adaptory pro 15ml kyvety s max. otáčkami 11000 ot/min

Dotaz: je možno nabídnout centrifugu s úhlovým rotorem pro min. 50ml kyvety s adaptory pro 15ml kyvety s max. otáčkami 9000ot/min=9509g?

#### Odpověď zadavatele na žádost č.2:

##### K dotazu č.1:

*Ne, zadavatel trvá na dodání přístroje podle zadaných technických parametrů. Minimální otáčky od 300 ot/min požaduje zadavatel kvůli experimentům používaným v laboratořích.*

##### K dotazu č.2:

*Ne, zadavatel trvá na dodání přístroje podle zadaných technických parametrů. Parametry jsou nastaveny podle potřeb protokolu používaných v laboratoři.*



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



### **Znění žádosti č. 3 o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

Prosím o zodpovězení následujícího dotazu týkajícího se výběrového řízení – ID 271: „Dodávka chlazené centrifugy se 4 rotory, chlazené centrifugy a sady automatických pipet“  
2 dotazy k oddílu : „Sada automatických pipet“:

1. Požadavek „Odpružený konus“ u pipet pro nasazování špiček se má vztahovat i k jednokanálovým nastavitelným pipetám nebo je míněn pouze pro 8-mi kanálovou pipetu?
2. Požadavek „Konus opatřen vyměnitelným silikonovým těsněním“ : Je možné nabídnout osmi-kanálovou pipetovací hlavu pro rozsah pipetování 0,5 – 10ul se speciálním plastovým konusem, který má s nasazenou špičkou stejné těsnící vlastnosti jako konus se silikonovým těsněním? (výrobce používá pro větší objemy u vícekanálových pipet vyměnitelná silikonová těsnění, jen u objemu 0,5 – 10 ul je použit plastový konus. Celá škála velikostí tohoto výrobce vykazuje stejné těsnící vlastnosti).

### **Odpověď zadavatele na žádost č.3:**

#### K dotazu č.1:

*ANO – tento požadavek se vztahuje rovněž na jednokanálové nastavitelné pipety.*

#### K dotazu č.2:

*ANO – je možné nabídnout rovněž osmi-kanálovou pipetovací hlavu opatřenou plastovým konusem, který však bude vykazovat stejné nebo lepší vlastnosti než konus se silikonovým těsněním.*

### **Zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a otvírání obálek.**

Původní lhůty:

**Lhůta pro podání nabídek:**

**Datum: 01. 09. 2014    Hodina: 13:00 hod**

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **01. 09. 2014 v 13:00 hodin** v zasedací místnosti 4. patro, č. dveří 025, na adrese zadavatele.

### **Nové lhůty:**

**Lhůta pro podání nabídek:**

**Datum: 08. 09. 2014    Hodina: 13:00 hod**

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **08. 09. 2014 v 13:00 hodin** v zasedací místnosti 4. patro, č. dveří 025, na adrese zadavatele.

S pozdravem

JIHOČESKÁ UNIVERZITA  
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH  
rektorát - oddělení veřejných zakázek  
Branišovská 31a (49)  
370 05 České Budějovice

Ing. Jaromír Talpa

Referent veřejných zakázek

e-mail: [italpa@jcu.cz](mailto:italpa@jcu.cz)

Přílohy:

271014\_Příloha KS č.2\_Tech.spec.\_3.1.39-opravená