



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace

Dotazy – Odpovědi III, IV, V.

Předmět (název) veřejné zakázky: „Dodávka dílčího přístrojového vybavení pro potřeby projektu CENAKVA I“

Číslo dotazu	Dotazy	Odpovědi
3.	Položka 33: Peristaltické čerpadlo II -Kompletní sestava zahrnující: pohon, adaptér k vícekanalovým hlavám, hlava pro minimálně 8 kazet, kazety – minimální počet 8. -Digitální přednastavení dávkovaného objemu, pulzní dávkování v nastaveném intervalu; průtok hlavici s několika kanály: rozsah spodní max. 0,01 ml/min, horní min. 300 ml/min. <u>Dotaz: Skutečně zadavatel požaduje dávkování v tomto rozsahu 8 kazetami? Je možné nabídnout sestavu s hlavou pro 4 velké kazety s rozsahem dávkování 0,84 až 336 ml/min?</u>	Zadavatel požaduje dodání kompletní sestavy čerpadla s adaptérem na minimálně 8 kazet, součástí bude i dodávka min. 8 kazet. Zadavatel také požaduje dodržení průtoku hlavici s několika kanály dle požadované technické specifikace, tj. rozsah spodní max. 0,01 ml/min, horní min. 300 ml/min.
4.	Část 11: Kontejner – Dewarova nádoba -Dewarova nádoba pro skladování většího množství kryozkumavek v kryoboxech (min. 6000 ks) <u>Dotaz: Prosíme o jasné uvedení, jestli součástí dodávky Dewarovy nádoby musí být i skladovací systém – racky na krabičky?</u>	Ano, zadavatel požaduje, aby součástí dodávky Dewarovy nádoby byl i skladovací systém – racky na krabičky.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace

	Část 15: Vodní lázeň s příslušenstvím - <i>Vložka pro třepání (třepací nástavec) sestávající se z pohonné jednotky a z rámu. Rám vykonává přímočárý nebo kruhový pohyb s frekvencí nastavitelnou od 10 do min. 150 min⁻¹.</i> <u>Dotaz: Budete akceptovat frekvenci kruhového pohybu nastavitelnou v rozmezí 20-180 min⁻¹ ?</u>	Ano, Zadavatel bude akceptovat frekvenci kruhového pohybu nastavitelnou v rozmezí 20-180 min⁻¹.
	Část 34: Biohazard box – laminární box -<i>Max. vnější rozměr: (š) 1300 mm, min. vnitřní rozměr: (š) 1200 x (h) 61 mm</i> <u>Dotaz: Jsou maximální vnější a minimální vnitřní rozměry striktně určeny nebo budete tolerovat např. cca +/- 5% zadaných rozměrů?</u>	Zadavatel bude tolerovat +/- 5% odchylku u vnitřního rozměru (š) 1200 x (h) 61 mm) a - 5% odchylku u vnějšího rozměru. Zadavatel požaduje u vnějšího rozměru dodržet maximální šířku 1300 mm.
5.	část 2: Chlazená centrifuga a stripový rotor -<i>Stripový rotor (pro PCR stripy 8 x 0,2 µl) součástí dodávky</i> <u>Dotaz: Prosím o potvrzení správnosti jednotky objemu (µl) pre PCR stripy 8 x 0,2 µl?</u>	Správná jednotka jsou ml – zadavatel požaduje stripový rotor (pro PCR stripy 8 x 0,2 ml) jako součást dodávky.
	Část 12: Laboratorní sušárna -<i>Nastavitelné programy teplot v sušárně – minimálně 3, časový spínač. Možnost připojení k počítači a možnost validace sušárny</i> <u>Dotaz: Máme zájem Vám ponúknúť laboratórnu sušiarňu len s dvoma nastaviteľnými programami. Bude to toto riešenie pre Vás akceptovateľné ?</u>	Zadavatel požaduje dodat laboratorní sušárnu s minimálně 3 nastavitelnými programy.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace

	Část 12: Laboratorní mlýnek s nožovým rotorem <i>-Vstupní zrnitost materiálu min. 40 mm</i> <u>Dotaz: Prosím o potvrzení vstupní zrnitosti materiálu či naopak požadujete minimální (ne maximální) zrnitost 40 mm?</u>	Ano, zadavatel opravdu požaduje vstupní zrnitost materiálu minimálně 40 mm.
	Část 19: Peristaltické čerpadlo <i>-Digitální nastavení otáček, vysoká přesnost min. +/- 0,5 %, digitální zobrazení otáček, rozsah otáček: spodní rozsah max. 4 otáčky min⁻¹, horní min. 120 otáček min⁻¹</i> <u>Dotaz: Prosím, o potvrzení či bude pre Vás aj akceptovateľný spodný rozsah otáčiek max 5 otáčiek min⁻¹?</u>	Zadavatel bude akceptovat u rozsahu otáček spodní rozsah max. 5 otáček min⁻¹
	Část 35: Chlazený inkubátor <i>-Rozsah inkubačních teplot min. +5 až 60°C</i> <u>Dotaz: Prosím, o potvrzení či bude pre Vás aj akceptovateľný rozsah inkubačných teplôt minimálnv +7°C.</u>	Zadavatel bude akceptovat rozsah inkubačních teplot min. +7°C.

Odesláno dne: 9.5.2013

Odeslal: