

Dotazy - Odpovědi

Předmět (název) veřejné zakázky: „Dodávka laboratorního skla a plastů pro projekt CENAKVA - 3. část“

Číslo dotazu	Dotazy	Odpovědi
3.	Prosim o doplňující info k položce č. 158 - Kyveta Quartz, rozměry 12,5x12,5x45 mm, Far UV, rozsah 170-2700 nm. Jaký je objem této kyvety, délka vrstvy v nm, případně jestli nemůže být rozsah vlnové délky 170-2500 nm?	Zadavatel požaduje rozsah 170-2700 nm, nominální objem kyvety je 0,400 ml. Pokud budou splněny všechny ostatní parametry, zadavatel nepožaduje konkrétní délku vrstvy.

15.2.2013

