

Dotazy - Odpovědi

Předmět (název) veřejné zakázky: „Dodávka laboratorního skla a plastů pro projekt CENAKVA - 3. část“

Číslo dotazu	Dotazy	Odpovědi
1.	1) P.č. 5 Špičky Tip Tubegard 10 ul – o jaký typ špiček se jedná, k jaké mikropipetě?	Jedná se o typ špiček kompatibilních s mikropipetami značky Eppendorf.
	2) P.č. 23 Počítací komůrka –systém Burkera s pery – je myšleno se svorkami?	ANO, s pery <u>i se svorkami</u> .
	3) P.č. 24 Krycí skla pro mikroskopii 21x26 mm – mohou být jiné rozměry např. 22x22 mm, 24x24 mm nebo 24x32mm?	ANO, zadavatel povoluje nabídnout i jiné rozměry, tj. 22 x 22 mm, 24x24 mm, 24 x 32 mm.
	4) P.č. 35 + 36 Odpařovací miska – jaké mají misky být? Porcelánové x křemenné x skleněné?	Odpařovací misky mají být <u>skleněné</u> o objemu 45 ml u p.č. 35 a 90 ml u p.č. 36.
	5) P.č. 37 + 38 – Exsikátor vnější průměr ... - není uvedeným průměrem myšleno běžné označení exsikátoru E200 a E300 místo vnějšího průměru?	ANO, běžné označení Exsikátoru E200 a E300.
	6) P.č. 66 Konve širokohrdlé 50 l – z jakého materiálu – plast x kov? Nebo by mohly být nabídnuty plastové kanystry?	Zadavatel požaduje konve širokohrdlé 50l <u>plastové</u> , zadavatel nepřipouští, aby byly nabídnuty plastové kanystry.

7) P.č. 104 + 105 + 106 Baňky pro uskladnění standardů v těkavých rozpouštědlech (s kapilárním otvorem a septem) – jsou tímto popisem myšleny vialky? Pokud ne, prosíme o vyobrazení a přesný název. Pod uvedeným popisem nelze položku dohledat.	Popis požadované položky (předmětu plnění veřejné zakázky) je v rámci daného zadávacího řízení dostatečný.
8) P.č. 107 – 110 Skleněná, kalibrovaná stříkačka s vyměnitelnou jehlou – není myšleno graduovaná místo kalibrovaná? Pokud ne, co je myšleno kalibrací u skleněné stříkačky?	Zadavatel požaduje kalibrovanou stříkačku dle uvedené specifikace.
9) P.č. 118 Dvoukorýtkové TLC vyvíjející komory pro pláty velikosti 20x20 cm se skleněným víkem – jsou uvedeným popisem myšleny 2 TLC desky vedle sebe v 1 komoře s 1 rozpouštědlem nebo 2 korýtky na rozpouštědla v 1 komoře?	Dvoukorýtkové TLC vyvíjející komory pro pláty velikosti 20x20 cm se skleněným víkem jsou myšleny <u>2 TLC desky vedle sebe v 1 komoře s 1 rozpouštědlem.</u>
10) P.č. 122 Kádinka graduovaná plastová – PP; 200 ml – může být nabídnuta 250 ml kádinka s vyznačenou graduací 200 ml? Nikdo z běžných výrobců plastů 200 ml kádinky z PP v nabídce nemá.	ANO, může být nabídnuta 250 ml kádinka s vyznačenou graduací 200 ml.
11) P.č. 138 Zásobník na podložní skla bílý, plastový – PS; 50 míst – mohou být nabídnuty zásobníky 2 s 25 místy, v jiné barvě?	ANO, mohou být nabídnuty zásobníky 2 s 25 místy v jiné barvě.

2.	Prosím o zaslání dodatečných informací č. 2 k položkám uvedeným v příloze k veřejné zakázce "Dodávka laboratorního skla a plastů pro projekt CENAKVA - 3. část". U těchto položek je nedostatečná specifikace, prosím o upřesnění: 111. Jehly pro stříkačky 5 a 10 µL (průměr G26), 75 mm délka s rovným ukončením 112. Jehly pro stříkačky 25 a 100 µL (průměr G26), 75 mm délka s rovným ukončením 113. Stříkačky pro HPLC autosampler CTC, 100 µL, plynotěsná s vyměnitelnou jehlou 114. Vyměnitelné jehly pro stříkačky, 100µL do CTC 115. Stříkačky pro HPLC autosampler CTC, 5 ml, plynotěsná s vyměnitelnou jehlou 116. skleněné zkumavky (12-15ml) s kulatým dnem a zábrusem, celková délka 125mm šířka 16mm a NS 12.5/21 s kompatibilní skleněnou zátkou se zábrusem 117. Skleněné zkumavky se zábrusem s kónickým dnem bez graduace, objem 3ml, celková délka max 100mm, šířka 12 mm, s NS 10/19 s kompatibilní skleněnou zátkou se zábrusem	Popis požadovaných položek (předmětu plnění veřejné zakázky) je v rámci daného zadávacího řízení dostatečný.
----	--	--