



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 21. 8. 2014

ZADAVATEL: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Jednající: Ing. Hana Kropáčková
IČ: 60076658

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Dodávka planetového mlýnu na pevné vzorky s příslušenstvím“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané mimo režim zákona.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dovolují se na Vás obrátit s dodatečným dotazem k VZMR - Dodávka planetového mlýnu na pevné vzorky s příslušenstvím.

Z technické specifikace není zřejmé jaké mlecí šálky a mlecí koule mají být součástí dodávky. Bude považováno za splnění technických požadavků, pokud bude nabídnut planetový mlýn s jednou mlecí pozicí s níže uvedeným příslušenstvím:

1x šálek mlecí nerez ocel 500 ml

4x mlecí koule nerez 40 mm (doporučeno toto množství výrobcem)

Pokud zadavatel požaduje i jiné objemy mlecích šálků a jiné průměry mlecích koulí, žádám o doplnění této informace. Vzhledem k tomu, že rozhodující kritérium je cena považujeme za důležité upřesnit jaké příslušenství (a přesné počty) má být součástí dodávky.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel níže upřesňuje zadávací podmínky uvedené v Technické specifikaci. Splněním technických požadavků a jako součást dodávky k planetovému mlýnu na pevné vzorky se rozumí dodání všech (v Technické specifikaci) uvedených mlecích šálků o příslušném objemu v počtu vždy jednoho kusu od každého. K tomu i doporučený počet mlecích koulí o daném průměru pro příslušný objem mlecího šálku. Jedná se tedy konkrétně o:

1 ks mlecího šálku o objemu 500 ml a 4 ks mlecích koulí o průměru 40 mm,

1 ks mlecího šálku o objemu 250 ml a 6 ks mlecích koulí o průměru 30 mm,

1 ks mlecího šálku o objemu 125 ml a 7 ks mlecích koulí o průměru 20 mm,

1 ks mlecího šálku o objemu 50 ml a 10 ks mlecích koulí o průměru 10 mm.

Vše v provedení nerezová ocel.

S pozdravem

.....
Ing. Jaromír Talpa
Referent veřejných zakázek
e-mail: jtalpa@jcu.cz

JIHOČESKÁ UNIVERZITA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
rektorát - oddělení veřejných zakázek
Branišovská 31a (49)
370 05 České Budějovice