

Dotazy - Odpovědi

Předmět (název) veřejné zakázky: „Dodávka sekvenátorů pro projekt CENAKVA“

Číslo dotazu	Dotazy	Odpovědi
1.	S ohledem na skutečnost, že projekt je financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, se dovoluji zeptat, zda bude akceptována nabídka splňující požadované technické parametry, která bud ovšem realizována dodávkou použitého nebo repasovaného zařízení, nebo zda je zadavatelem požadováno dodání nového a nepoužitého zařízení?	Zadavatel požaduje dodávku předmětu plnění veřejné zakázky splňující požadavky dle závazného návrhu kupní smlouvy (příloha č. 4 zadávací dokumentace), článek 2. Předmět smlouvy, bod 2. 4., tzn. „Nabízené zboží musí být <u>nové, nepoužité, plně funkční a bez dalších dodatečných nákladů ze strany kupujícího</u> “.
2.	V části 1. „Pyrosekvenátor“ je požadováno dodání „stolního přístroje se systémem nové technologie sekvenování s vysokou výkonností“. Prosíme o upřesnění, zda bude akceptována nabídka na zařízení, které plně odpovídá popisu předmětu plnění veřejné zakázky, tak jak je uvedeno v zadávací dokumentaci, a které splňuje a v mnoha ohledech překračuje požadované technické parametry, ale přitom její nelze označit názvem pyrosekvenátor. To znamená, že pro detekci sekvenovaných bazí DNA nepoužívá v mnoha směrech překonanou, složitou a cenově nákladnou pyrofosfátovou enzymatickou dráhu, ale detekce probíhá v speciálním polovodičovém čipu na základě analýzy vodíkových iontů uvolněných při polymarázové reakci probíhající na templátové molekule.	Zadavatel umožňuje i jiné technické řešení, avšak musí být dodržena podmínka technického a kvalitativního řešení vedoucího minimálně ke stejným požadovaným výsledkům.

Odesláno dne: 14. 5. 2012

Hojdekr

