

Dotazy - Odpovědi

Předmět (název) veřejné zakázky: „Přístrojové vybavení pro analýzu mastných kyselin (CENAKVA)“

Číslo dotazu	Dotazy	Odpovědi
1.	Součástí zadávací dokumentace je rovněž návrh kupní smlouvy na přístrojové vybavení pro analýzu mastných kyselin (CENAKVA). V zadávací dokumentaci není uvedeno, zda je návrh kupní smlouvy uvedený v příloze č. 5 zadávací dokumentace pro uchazeče závazný. Žádáme o vyjádření, zda je možné obsah návrhu textu kupní smlouvy měnit aniž by námi provedené změny v textu návrhu kupní smlouvy vedly k vyřazení naší nabídky ze soutěže.	Návrh kupní smlouvy uvedený v příloze č. 5 zadávací dokumentace je pro uchazeče závazný a nelze obsah návrhu textu kupní smlouvy měnit.
2.	Lze prokázat ve výběrovém řízení : Přístrojové vybavení pro analýzu mastných kyselin splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle bodu 5.4. ZD výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů?	Ano, splnění profesních kvalifikačních předpokladů lze prokázat výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

3. Máám dotaz k poslednímu bodu přílohy 4: ŠABLONA PRO VYHODNOCENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ „Připojení přístroje k plynům, instalace a zaškolení obsluhy jsou zahrnuty do ceny přístroje. Připojení zahrnuje i redukční ventily pro všechny potřebné plyny – helium jako nosný plyn, dusík jako „make up“ plyn a vzduch pro FID. V laboratoři je k dispozici rozvod dusíku o tlaku do 20 Bar.“ V tomto popisu se hovoří pouze o 3 plynech, ale předpokládám, že v dodávce musí být i ventil pro vodík, který je nezbytný pro FID. Tudiž celkově budou dodány 4 ventily. Je to správně?	Ano, vodík je nezbytný pro FID, <u>tzn. požadujeme dodání čtyř ventilů.</u>
---	--

Odesláno dne: 13.11.2011

Slavomír