

Dotazy - Odpovědi

Předmět (název) veřejné zakázky : „Přístrojové vybavení projektu CENAKVA (2010)“

Číslo dotazu	Dotazy	Odpovědi
1.	Je nutné dodat všechny uvedené položky od jednoho dodavatele a nebo je možné účastnit se zakázky jen s některými položkami?	Zadavatel požaduje od jednoho dodavatele dodávku všech v Zadávací dokumentaci uvedených přístrojů (v požadovaném počtu), které tvoří „Přístrojového vybavení projektu CENAKVA (2010). Nelze se tedy účastnit zakázky jen s některými „položkami“, ale zadavatel umožňuje ke splnění požadavku kompletnosti „položek“ využít subdodavatele.
2.	Řeším jeden malý problém – v elektronické verzi nabídky, resp. v příložených tabulkách a rámcové smlouvě, kterou jsem od Vás převzala, není uchazeči umožněno doplňovat údaje. Žádám Vás tímto o zaslání elektronické verze této části ZD ve formátu, který toto povoluje.	Zadávací dokumentace včetně její příloh nebude poskytována v žádném formátu umožňujícím elektronické vpisování a to zejména z důvodu požadavku zadavatele na znemožnění změny zadavatelem vytvořených dokumentů tzn. požadované údaje je nutno vpisovat vlastnoručně.
3.	Pro přístroj č. 2.4.78. Homogenizátor pro rozbíjení buněk a č. 2.4.81. Separátor bychom uvítali sdělení zda má jít o přístroje běžně dodávané a nebo zda jde o zakázkovou výrobu. Lze specifikovat typ stávajícího zařízení , které by optimálně vyhovovalo plánovaným podmínkám ?	Zadavatel požaduje u přístroje č. 2.4.78 „Homogenizátor pro rozbíjení buněk“ běžně dodávaný přístroj a nikoliv prototyp či zakázkovou výrobu. Přístroj č. 2.4.81. „Separátor“ je zařízením typu zakázková dodávka („výroba“).
4.		
5.		
6.		