

Dotazy - Odpovědi

Předmět (název) veřejné zakázky: „Přílokový cytometr“

Číslo dotazu	Dotazy	Odpovědi
1.	Připouští zadavatel i jiné technické řešení stanovení velikosti měřených částic než Coulterovu metodu?	Zadavatel umožňuje i jiné technické řešení stanovení objemu měřených částic než Coulterovu metodu, avšak musí být dodržena podmínka technického a kvalitativního řešení vedoucího minimálně ke stejným požadovaným výsledkům - kombinace elektronického stanovení objemu měřených částic s měřením side scatter, koncentrace částic a fluorescence v min. 3 kanálech.

Odesláno dne 1. 3. 2012

